

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-21.01-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

 Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Protokół niezgodności

Dopuszcza się inne sformułowania niż zapisane w kryteriach pod warunkiem ich poprawności merytorycznej

Wpisane:

1	Data sporządzenia protokołu: data zgodna z datą egzaminu						
2	Opis niezgodności w zestawie (nazwa i ilość wyrobu medycznego): nożyczki chirurgiczne - 1szt., skalpel chirurgiczny - 1 szt.						
3	Opis przyczyny niezgodności: wyroby medyczne jednorazowego użycia/sprzęt jednorazowego użycia/narzędzia jednorazowego użycia						
4	Podjęte działania (kogo powiadomiono): powiadomiono użytkownika lub personel oddziału lub kierownika lub pielęgniarkę oddziałową lub utylizacja <i>Dopuszcza się inne sformułowania pod warunkiem ich poprawności merytorycznej.</i>						

Rezultat 2: Karta procesów sterylizacji

Wpisane:

1	Data procesu: data zgodna z datą egzaminu Nazwa oddziału: Oddział Chirurgii Ogólnej						
2	Nazwa zestawu: Zestaw zabiegowy nr 1						
3	Kolumny A i B: serweta chirurgiczna barierowa –1 szt., bandaż bawełniany –1 szt., kompresy gazowe 10 cm x 10 cm –10 szt., fartuch barierowy – 2 szt., gaza opatrunkowa 1m ² - 1 szt.						
4	Kolumna C: papier krepowany/dwie warstwy lub dwie warstwy papieru krepowanego						
5	Kolumna D: 130 punktów, 2 miesiące						
6	Kolumna E: chemiczny wskaźnik wieloparametrowy typu 4						
7	Kolumna F: sterylizacja parowa lub sterylizacja parą wodną						
8	Kolumna G: temperatura 134°C						
9	Kolumna G: czas 5 minut						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Etykieta*Wpisane:*

1	Nazwa oddziału: Oddział Chirurgii Ogólnej						
2	Zawartość pakietu (nazwa zestawu): Zestaw zabiegowy nr 1						
3	Data sterylizacji: data zgodna z datą egzaminu						
4	Data ważności pakietu: data o dwa miesiące (+/-2dni) późniejsza od daty egzaminu						

Rezultat 4: Pakiet z Zestawem zabiegowym nr 1*Egzaminator w celu dokonania oceny kryteriów 4, 5 i 6 otwiera pakiet*

1	Pakiet zaklejony jest taśmą ze wskaźnikiem oraz bez wskaźnika						
2	Pakiet oznakowany jest wypisaną etykietą, przyklejoną do pakietu taśmą bez wskaźnika						
3	Warstwa zewnętrzna pakietu wykonana jest z papieru krepowanego w kolorze białym						
4	Opakowanie pakietu składa się z dwóch niezależnych warstw papieru krepowanego						
5	Wewnątrz pakietu umieszczony jest wskaźnik chemiczny typu 4						
6	Wewnątrz pakietu znajdują się wyłącznie: serweta chirurgiczna barierowa – 1 szt., bandaż bawełniany – 1 szt., kompresy gazowe 10 cm x10 cm – 10 szt., fartuch barierowy – 2 szt., gaza opatrunkowa 1m ² – 1 szt.						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a i przygotowanie pakietu do sterylizacji

Zdający zgłosi gotowość przez podniesienie ręki

Zdający:

1	założył czepek zakrywając nim wszystkie włosy						
2	wykonał pierwszy etap dezynfekcji rąk: naniósł środek dezynfekcyjny na suche dłonie						
3	wykonał co najmniej pięciokrotnie wszystkie etapy dezynfekcji rąk zgodnie z techniką Ayliffe'a						
4	umieścił tacę narzędziową po przekątnej na środku arkusza papieru krepowanego w kolorze zielonym						
5	zawinął arkusz zakrywając tacę z wyrobami medycznymi, po zapakowaniu tacy pozostawił wypustkę z jednego z narożników papieru krepowanego w kolorze zielonym						
6	sformułował z papieru koloru białego trójkąt oraz pozostawił po kolejnych krokach pakowania wypustkę z jednego z rógów papieru (jak w kryterium 5) ułatwiający jałowe otwarcie pakietu						
7	zdezynfekował powierzchnię blatu stołu do pakowania narzędzi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym oraz uporządkował wszystkie materiały, z których korzystał podczas wykonywania pakowania						
8	zdział czepek i wyrzucił do pojemnika na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis