

# EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2026 ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**  
 Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-26.01-SG**  
 Symbol kwalifikacji: **MED.12**  
 Numer zadania: **01**  
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka       –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

*Dzień    Miesiąc    Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu   :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska**		

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

\*\* na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił**Rezultat 1: Wydruk ze sterylizatora parowego oraz Wydruk ze sterylizatora na tlenek etylenu***Wpisane:*

1	Wydruku ze sterylizatora parowego Data: data zgodna z datą egzaminu						
2	Wydruku ze sterylizatora parowego Zwolnienie wsadu: TAK						
3	Wydruku ze sterylizatora parowego Czas sterylizacji: 7						
4	Wydruk ze sterylizatora na tlenek etylenu Data: data zgodna z datą egzaminu						
5	Wydruk ze sterylizatora na tlenek etylenu Zwolnienie wsadu: NIE						
6	Wydruk ze sterylizatora na tlenek etylenu Czas ekspozycji: 1						
7	Wydruk ze sterylizatora na tlenek etylenu Czas aeracji: 12						

**Rezultat 2: Protokół wydania sterylnych wyrobów medycznych użytkownikowi***Wpisane:*

1	Kolumna B dla Zestawu podstawowego chirurgia naczyniowa: 3 zestawy, dla Zestawu do łyżeczkowania: 4 zestawy						
2	Kolumna B dla Wziernika nosowego: 4 szt., dla Kleszczy do cięcia kości Liston: 2 szt.						
3	Kolumna C dla Zestawu podstawowego chirurgia naczyniowa: Blok operacyjny						
4	Kolumna C dla Zestawu do łyżeczkowania: Oddział ginekologiczny						
5	Kolumna D dla Zestawu podstawowego chirurgia naczyniowa, dla Zestawu do łyżeczkowania oraz dla Kleszczy do ciecicia kości Liston: 1 rok / 12 miesięcy						
6	Kolumna D dla Wziernika nosowego: 6 miesięcy						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 3: Protokół skierowania wyrobów medycznych do ponownej sterylizacji***Wpisane:*

1	Kolumna C dla Wideolaryngoskopu oraz Rękojeści laryngoskopu: 3 szt.						
2	Kolumna C dla Światłowodu oraz Worka resuscytacyjnego: 4 szt.						
3	Kolumna C dla Zestawu podstawowego chirurgia naczyniowa oraz Zestawu do łyżeczkowania: 1 zestaw						
4	Kolumna C dla Wziernika nosowego: 2 szt. oraz dla Kleszczy do ciecicia kości Liston: 1 szt.						
5	Kolumna D dla Zestawu podstawowego chirurgia naczyniowa: brak jednej plomby						
6	Kolumna D dla Zestawu do łyżeczkowania: przerwane opakowanie						
7	Kolumna D dla Wziernika nosowego: opakowanie mokre, wewnątrz pakietu znajduje się woda						
8	Kolumna D dla Kleszczy do ciecicia kości Liston: na warstwie papierowej opakowania widoczny rdzawy zaciek						

**Rezultat 4: Pakiet z Zestawem L i Etykieta***UWAGA: Egzaminator do oceny rezultatu, powinien rozpakować pakiet.*

1	wewnątrz pakietu znajduje się taca z 5 szt. narzędzi: wziernikiem nosowym, kleszczykami Pean, szpatułką metalową, pęsetą anatomiczną oraz kleszczykami okienkowymi						
2	kleszczyki Pean oraz kleszczyki okienkowe są otwarte lub zapięte na pierwszy ząbek zamka						
3	uchwyty wziernika nosowego, kleszczyków Pean, kleszczyków okienkowych oraz pęsety anatomicznej skierowane są w jednym kierunku						
4	wewnątrz pakietu znajduje się wskaźnik chemiczny reagujący na wszystkie parametry krytyczne dla określonych cykli sterylizacji (typu 6)						
5	Etykieta <i>wpisane w wierszach: Nazwa zestawu: Zestaw L, Odbiorca: Oddział Laryngologiczny</i>						
6	Etykieta <i>wpisane w wierszach: Data ważności pakietu: 2 lata od daty egzaminu +/- 2 dni w formacie dd-mm-rrrr</i>						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, przygotowanie narzędzi do sterylizacji***Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.**Zdający:*

1	założył czepek, naniósł środek dezynfekcyjny na dłoń/dłonie, wykonał 6 etapów dezynfekcji rąk, powtarzając każdy etap minimum pięciokrotnie								
2	wykonał wzrokową kontrolę czystości 5 szt. narzędzi pod lampą z lupą								
3	naniósł na przeguby: kleszczyków Pean oraz kleszczyków okienkowych olej do konserwacji, wykonał kilkakrotnie ruchy zamykania i otwierania każdym narzędziem								
4	nie naniósł oleju do konserwacji na szpatułkę metalową								

**Przebieg 2: Pakowanie tacy z Zestawem L we włókninę sterylizacyjną***Zdający zgłosi przez podniesienie ręki.**Zdający:*

1	rozłożył na blacie stołu dwa arkusze włókniny sterylizacyjnej w dwóch różnych kolorach								
2	umieścił tacę z Zestawem L po przekątnej na środku pierwszego arkusza włókniny sterylizacyjnej								
3	zawinął pierwszy arkusz zakrywając tacę, po zapakowaniu tacy pozostawił wypustkę z jednego z narożników włókniny sterylizacyjnej								
4	po zakończeniu pakowania pierwszej warstwy pozostawił wypustkę z włókniny ułatwiającą aseptyczne otwarcie pakietu, nie zakleił pierwszej warstwy opakowania taśmą								
5	tacę narzędziową zapakowaną w pierwszy arkusz włókniny sterylizacyjnej umieścił po przekątnej drugiego arkusza włókniny i zawinął zakrywając drugą warstwę zapakowaną tacę narzędziową								
6	po zapakowaniu pozostawił wypustkę z jednego z narożników włókniny, ułatwiającą aseptyczne otwarcie pakietu								
7	pakiet zakleił taśmą po dwóch stronach pakietu, do kontroli pakietu zastosował taśmę ze wskaźnikiem								
8	uporządkował stanowisko pracy, wykonał dezynfekcję blatu stanowiska do pakowania narzędzi za pomocą chusteczki dezynfekcyjnej								
9	zjął czepek i umieścił do kosza na odpady								
10	zdezynfekował ręce								

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*